


Änderungen in der Lues Diagnostik

Seit vielen Jahren gilt der Partikelagglutinationstest (TPPA) im Rahmen der Syphilisdiagnostik als Test mit höchster Aussagekraft. Bedauerlicherweise hat der einzige Hersteller des Tests (Fujirebio, Japan) die Produktion 2022 eingestellt. Die verfügbaren Alternativen zum TPPA (TPLA und TPHA) weisen eine deutlich geringere Sensitivität auf und eignen sich alternativ nicht.

Als Eingangsdagnostik in der Luesserologie wird zukünftig allein der qualitative Immunoassay (ECLIA, Fa. Roche) eingesetzt.

Um weiterhin alle diagnostischen Fragestellungen beantworten zu können werden der Treponema pallidum IgG und IgM Immunoblot sowie der VDRL Test als Aktivitätsmarker bei positivem Immunoassay durchgeführt.

Serologischer Diagnostik Algorithmus:



Sämtliche Änderungen gelten gleichermaßen für die Luesserologie in der Mutterschaft.

